

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1974 от 26.12.2016 г.)

Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ»

Назначение средства измерений

Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» предназначены для измерений:

- относительной влажности, температуры и скорости движения воздуха,
- освещенности в видимой области спектра (380-760) нм,
- энергетической освещенности в области спектра (200-280) нм-УФ-С, (280-315) нм-УФ-В, (315-400) нм-УФ-А,
- яркости протяженных самосветящихся объектов,
- коэффициента пульсации освещенности.

В качестве дополнительных возможностей приборы отображают расчетные показания, вычисляемые на основе измеряемых параметров: значения температуры влажного термометра, температуры точки росы, индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), средней температуры излучения и плотности потока теплового излучения.

Описание средства измерений

Принцип работы приборов комбинированных «ТКА-ПКМ» (далее приборов «ТКА-ПКМ») заключается в преобразовании фотоприёмным устройством оптического излучения в фототок, а также преобразовании физических параметров окружающей среды с помощью сенсора влажности, датчика скорости движения воздуха и датчика температуры в электрический сигнал, с обработкой и индикацией результатов измерений и расчетов.

Приборы «ТКА-ПКМ» выпускаются в компактном портативном исполнении. На корпусе прибора расположены: жидкокристаллический индикатор, органы управления, маркировки и выносной зонд с датчиками измеряемых параметров. В зависимости от состава и количества измеряемых параметров зонд может быть установлен либо на корпусе прибора, либо на измерительной головке, соединенной с основным корпусом кабелем связи. Фотоприёмные элементы с корректирующими фильтрами, формирующими спектральные характеристики каналов, располагаются в измерительной головке.

Кодификация вариантов исполнения прибора «ТКА-ПКМ» по составу и числу измеряемых и вычисляемых параметров представлена в таблице 1.

Приборы «ТКА-ПКМ» выпускаются в 4-х вариантах конструктивного исполнения.

Внешний вид четырёх вариантов исполнения приборов комбинированных «ТКА-ПКМ» приведен на рисунках 1 - 4.

Пример пломбирования корпусных деталей прибора приведён на рисунке 5.



Рисунок 1 - Вариант исполнения 1




Рисунок 2 - Вариант исполнения 2



Рисунок 3 - Вариант исполнения 3



Рисунок 4 - Вариант исполнения 4



Рисунок 5 - Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ»
(на примере варианта исполнения 3), вид сзади

Таблица 1 - Кодификации вариантов исполнения прибора «ТКА-ПКМ» по составу и числу измеряемых и вычисляемых параметров

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Кoeffици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	V	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
	лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°С	°С	%	м/с	%	°С	°С	°С	°С	Вт/м ²
ТКА-ПКМ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ТКА-ПКМ(31) Люксметр	■															
ТКА-ПКМ(02) Люксметр+Ярко- мер	■	■														
ТКА-ПКМ(05) Люксметр с выходом на ПК	■															
ТКА-ПКМ(06) Люксметр+ УФ-радиометр	■				■											
ТКА-ПКМ(08) Люксметр+Пульс- метр	■									■						

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°C	°C	%	м/с	%	°C	°C	°C	°C	Вт/м ²	
ТКА-ПКМ(23) Измеритель температуры и влажности + вычисление температур влажного термометра и точки росы						■	+чш	■				■	■			

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°С	°С	%	м/с	%	°С	°С	°С	°С	Вт/м ²	
ТКА-ПКМ(24) Измеритель температуры и влажности + вычисление THC- индекса, температур влажного термометра и точки росы, средней темпера- туры излучения и плотности потока теплового излучения						■	■	■			■	■	■	■	■	

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
	лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°С	°С	%	м/с	%	°С	°С	°С	°С	Вт/м ²
ТКА-ПКМ(50) Измеритель скорости движения воздуха									■							
ТКА-ПКМ(52) Измеритель скорости движения воздуха+ Измеритель температуры						■			■							

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°С	°С	%	м/с	%	°С	°С	°С	°С	Вт/м ²	
ТКА-ПКМ(60) Измеритель скорости движения воздуха + Измеритель температуры и влажности						■		■	■			■	■			

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°C	°C	%	м/с	%	°C	°C	°C	°C	Вт/м ²	
ТКА-ПКМ(61) Люксметр+Ярко- мер+ Измеритель скорости движения воздуха+ Измеритель температуры и влажности	■	■					■	■	■			■	■			

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	E	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
	лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°C	°C	%	м/с	%	°C	°C	°C	°C	Вт/м ²
ТКА-ПКМ(62) Люксметр+ УФ-радиометр + Измеритель скорости движения воздуха+ Измеритель температуры и влажности	■				■		■	■	■			■	■			
ТКА-ПКМ(63) Люксметр+Изме- ритель скорости движения воздуха+Измери- тель температу- ры и влажности	■						■	■	■			■	■			

Исполнение/ комплектация	ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ										ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
	Ос- ве- щён- ность	Яркость	Энергетич. освещён- ность (УФ) 315-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-315 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 280-400 нм	Энер- гетич. осве- щён- ность (УФ) 200-280 нм	Тем- пе- ра- тура	Тем- пе- ра- тура сфе- ры	Относи- тельная влаж- ность	Ско- рость дви- же- ния воз- духа	Коэффици- ент пуль- сации освещён- ности	Ин- декс теп- ловой наг- рузки среды	Тем- пе- ра- тура влаж- ного термо- метра	Тем- пе- ра- тура точки росы	Сред- няя тем- пе- ра- тура излу- чения	Плот- ность пото- ка теп- лово- го излу- чения
	Е	L	UV-A	UV-B	UV- (A+B)	UV-C	t	t _{сф} *	RH	v	K _п	THC	t _{вл}	t _{тр}	t _{рад}	W
лк	кд/м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/ /м ²	мВт/м ²	°С	°С	%	м/с	%	°С	°С	°С	°С	Вт/м ²	
ТКА-ПКМ(65) Люксметр+Ярко- мер+ УФ- радиометр+ Измеритель скорости движения воздуха+Измери- тель температуры и влажности	■	■			■		■		■	■			■	■		
Примечания: t _{сф} * - температура внутри сферы («Чёрного шара») +ЧШ - прибор может комплектоваться «Чёрным шаром» для измерения температуры t _{сф} .																

Программное обеспечение

Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» имеют встроенное программное обеспечение (ПО).

Встроенное программное обеспечение разработано изготовителем прибора для решения задач измерений относительной влажности, температуры и скорости движения воздуха; освещенности в видимой области спектра; энергетической освещенности; яркости протяженных самосветящихся объектов и коэффициента пульсации освещенности.

ПО управляет работой микропроцессора, обеспечивающего функционирование всего прибора и выполнение функций сбора, хранения и отображения на индикаторе прибора результатов измерений, а также их подготовки к считыванию внешним персональным компьютером (ПК).

Метрологически значимая часть ПО устанавливается Изготовителем непосредственно в ППЗУ микроконтроллера управления прибором и предназначена для управления прибором, отображения результатов измерений на его дисплее и реализации интерфейса с ПК.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Keeper2.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V10.20
Цифровой идентификатор ПО	365855C93D425F2EAA3 A55EEB4813D26
Алгоритм расчета цифрового идентификатора ПО	md5
Номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице.	

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных непреднамеренных изменений соответствует уровню защиты «средний» по Р 50.2.077—2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики приборов комбинированных «ТКА-ПКМ» по измерительным каналам приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные метрологические характеристики приборов комбинированных «ТКА-ПКМ»

Параметр	Значение
Измерительный канал относительной влажности воздуха	
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, %	от 5 до 98
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С, %	±3,0
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности прибора по измерительному каналу относительной влажности при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне от + 10 до + 60 °С, %	±3,0

Параметр	Значение
Измерительный канал температуры воздуха	
Диапазон измерений температуры воздуха, °С	от - 30 до + 60
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора по измерительному каналу температуры воздуха при температуре воздуха от +15 до +25 °С, °С	±0,2
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности прибора по измерительному каналу температуры воздуха, °С, при температуре, °С:	
от -30 до -10 включ.	±0,3
св. -10 до +15 включ.	±0,1
св. +25 до +45 включ.	±0,1
св. +45 до +60	±0,3
Измерительный канал скорости движения воздуха	
Диапазон измерений скорости движения воздуха, м/с	от 0,1 до 20
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора по измерительному каналу скорости движения воздуха, при температуре от +15 до +25 °С, м/с, при скорости, м/с	
от 0,1 до 1,0 включ.	±(0,045 + 0,05V)
св. 1,0 до 20,0	±(0,1 + 0,05V)
где V - измеряемое значение скорости воздушного потока, м/с.	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности прибора при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне от - 30 до +60 °С, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности	±1,0
Измерительный канал освещенности в видимой области спектра	
Диапазон измерений освещенности, лк	от 10 до 200 000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора, %	±8,0
Нелинейность световой характеристики, %, не более	±3,0
Пределы погрешности градуировки по источнику А, %,	±3,0
Пределы погрешности коррекции фотометрической головки, %,	±5,0
Пределы погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, %	±5,0
Измерительный канал энергетической освещенности	
Диапазон измерений энергетической освещенности, (мВт/м ²)	
- в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм	от 1,0 до 20 000
- при использовании ослабителя, нм	от 10 до 200 000
- в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм	от 10 до 60 000
- в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм	от 10 до 60 000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора, %	±10,0
- включая предел погрешности градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления, %,	±5,0
- включая нелинейность энергетической характеристики, %, не более	±3,0
- включая предел погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10°, %,	±4,0

Параметр	Значение
Измерительный канал яркости	
Диапазон измерений яркости, кд/м ²	от 10 до 200 000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора, %	±10,0
- включая нелинейность световой характеристики, %, не более	±3,0
- включая предел погрешности градуировки, %,	±3,0
- включая предел погрешности спектральной коррекции фотометрической головки, %	±5,0
Измерительный канал коэффициента пульсации освещенности	
Диапазон измерений коэффициента пульсации, %	от 1 до 100
Пределы допускаемой основной относительной погрешности прибора, %	±10,0
- включая пределы погрешности градуировки, %,	±3,0
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счёт изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10°С в диапазоне от - 30°С до +60 °С, %	±3,0
Пределы изменения показаний прибора от «нулевого положения» при закрытых входных окнах фотоприемников, единицы младшего разряда	±5,0

Основные технические характеристики приборов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Параметр	Значение
Диапазоны показаний дополнительных расчетных параметров:	
Температура влажного термометра, °С	от -10 до +60
Температура точки росы, °С	от -55 до +60
Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), °С	от 0 до +70
Средняя температура излучения, °С	от 0 до +160
Плотность потока теплового излучения, Вт/м ²	от 0 до +1700
Прочие технические характеристики	
Время прогрева прибора, мин, не более	от 0,5 до 3
Время непрерывной работы, ч, не менее	8
Напряжение питания, В	от 7,0 до 9,6
Потребляемый ток зависит от количества и состава установленных в приборе каналов измерений, но не более, мА	
- без подсветки	25
- с подсветкой	45
Вариант исполнения 1. Габаритные размеры приборов, для моделей (02), (06), (12), (12/А), (12/В), (12/С), (13), (13/С), (31), (41), (42), (43), мм, не более:	
длина	130
высота	75
ширина	25
- измерительная головка	
длина	230
высота	51
ширина	45

Параметр	Значение
Вариант исполнения 2. Габаритные размеры приборов, для моделей (20), (23), (24), мм, не более:	
- блок обработки сигналов	
длина	140
высота	75
ширина	30
- измерительная головка	
длина	350
высота	95
ширина	95
Вариант исполнения 3. Габаритные размеры приборов, для моделей (50), (52), (60):	
- блок обработки сигналов	
длина	210
высота	70
ширина	35
- измерительная головка	
длина	400
высота	30
ширина	30
Вариант исполнения 4. Габаритные размеры приборов, для моделей (05), (08), (09); (61), (62), (63); (65):	
- блок обработки сигналов	
длина	170
высота	90
ширина	33
- измерительная головка	
длина	450
высота	50
ширина	50
Масса приборов с источником питания, кг, не более:	
Для вариантов исполнения 1,2,3	0,5
Для варианта исполнения 4	0,8
Срок службы, лет	7
Наработка на отказ, ч	2000
Условия транспортирования: диапазон температуры окружающего воздуха, °С относительная влажность при +35 °С, не более, %	от -50 до +50 95 ±3
Условия эксплуатации: диапазон температуры окружающего воздуха, °С диапазон атмосферного давления, кПа относительная влажность при +25 °С, не более, %	от -30 до +60 от 80 до 110 до 98

Знак утверждения типа

наносится на заводской табличке, размещаемой на передней или задней стороне корпуса прибора, титульной странице руководства по эксплуатации и паспорта методом печати.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки прибора указан в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Кол.	Примечание
1 Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	1 шт.	
2 Элемент питания типа «Крона» (6F22)	1 шт.	
3 Колпачок зонда защитный	1 шт.	
4 Руководство по эксплуатации	1 экз.	
5 Паспорт прибора	1 экз.	
6 Индивидуальная потребительская тара	1 шт.	
7 Транспортная тара	1 шт.	
8 Штатив	1 шт.	Дополнительно по требованию заказчика
9 Кабель связи с ПК	1 шт.	
10 Диск с программным обеспечением	1 экз.	
11 «Черный шар»	1 шт.	

Поверка

осуществляется по документу МП-242-1969-2016 «Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» «26» октября 2016 г. и согласованному ФБУ «Тест-С.-Петербург» «26» октября 2016 г.

Основные средства поверки:

- генераторы влажного газа модификации ТКА-ГВЛ-01-1 (Рег. № 54028-13), пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 1,0$ %;
- гигрометры Rotronic модификации HygroPalm (Рег. № 26379-10), пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 1,0$ %;
- термометры лабораторные электронные ЛТ-300 (Рег. № 61806-15), пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,05$ °С;
- стенд аэродинамический АДС-300/30 (Рег. № 27657-04), пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm(0,015 + 0,015V)$ м/с;
- фотометрические головки, люксметры в ранге рабочих эталонов, диапазон измерений от 1 до $2 \cdot 10^5$ лк;
- УФ радиометры в ранге рабочих эталонов 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.195-2013 (спектральный диапазон от 200 до 400 нм);
- светоизмерительные лампы СИС 40-100;
- источники УФ излучения типа ДКсШ, ДРТ;
- установки для измерения спектральной чувствительности фотоприемников оптического излучения в диапазоне от 350 до 1100 нм и фотометрической скамьей в соответствии с ГОСТ 8.195-2013;
- группа рабочих эталонов: пульсметры и комплекс из трех газоразрядных источников.

Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт прибора.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам комбинированным «ТКА-ПКМ»

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1034н (редакция от 29.08.14).

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 8.547-2009 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов.

ГОСТ 8.195-2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм

ГОСТ 8.023-2012 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучения

ГОСТ 8.552-2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения, энергетической освещенности, спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,0004 - 0,400 мкм.

ТУ 4215-003-16796024-16. Технические условия. Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «ТКА»
Адрес: 192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 33, к. 1, лит. Б
Телефон: (812) 331-19-82, факс (812) 331-19 81
E-mail: info@tkaspb.ru; www.tkaspb.ru
ИНН 7826005823

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д.1
Телефон: (812) 244-60-10
Web-сайт: www.rustest.spb.ru
E-mail: letter@rustest.spb.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Тест-С.-Петербург» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311484 от 03.02.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ___ » _____ 2017 г.